

VERIFICAR

NA (não se aplica)
NS (não sabe)
NR (não respondeu)

Salas de exames					
GERENTE	45. Existem salas de exames na unidade?	sim	não		
	APENAS PARA RESPOSTA "SIM" NA QUESTÃO 45.				
	46. As salas de exames têm portas com travas (p.ex. chave, trinco, etc.) e essas estão funcionando?	todos	alguns	nenhum	
	47. As salas de exames estão limpas (sem resíduos sólidos ou líquidos, como papéis, algodão, panfletos, seringas, etc. caídos no chão ou fora do local para descarte de lixo)?	todos	alguns	nenhum	
	48. Há locais privativos onde os pacientes preparados para exames aguardem a realização do procedimento?	sim	não		
Equipamentos de diagnóstico por imagem					
GERENTE	49. Os equipamentos de diagnóstico por imagem existentes estão funcionando?	todos	alguns	nenhum	
	50. Há, nos últimos 180 dias, registro de manutenção (preventiva ou corretiva) dos equipamentos de diagnóstico por imagem existentes?	todos	alguns	nenhum	
Saúde e segurança do trabalho					
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	ATENÇÃO: <i>As perguntas seguintes só devem ser feitas caso a unidade produza exames de raio X, mamografia ou tomografia computadorizada</i>				
	51. Os operadores de equipamentos de radiologia usam dosímetro?	todos	alguns	nenhum	
	52. Há, nos últimos 180 dias, registro de aferição dos dosímetros existentes?	todos	alguns	nenhum	