

VERIFICAR

Consultórios					
GERENTE	89. Os consultórios têm portas com travas (p.ex. chave, trinco, etc.) e essas estão funcionando?	sim	não	NA (não se aplica) NS (não sabe) NR (não respondeu)	
	90. Os consultórios estão limpos (sem resíduos sólidos ou líquidos, como papéis, algodão, panfletos, seringas, etc. caídos no chão ou fora do local para descarte de lixo)?	sim	não		
Equipamentos médicos					
GERENTE	91. Há pelo menos uma balança adulto, uma balança infantil, um esfigmomanômetro (aparelho de pressão), um estetoscópio e um otoscópio (aparelho para olhar o ouvido) na unidade?	sim	não		
	(APENAS PARA RESPOSTA "SIM" NA QUESTÃO 91) 92. Os aparelhos existentes estão funcionando?	todos	alguns	nenhum	
	(APENAS PARA RESPOSTA "SIM" NA QUESTÃO 91) 93. Há, nos últimos 180 dias, registro de manutenção (preventiva ou corretiva) dos aparelhos existentes?	todos	alguns	nenhum	